

## EU-Konformitätserklärung

Wir

**Elektrotechnik Schabus** 

GmbH & Co. KG

**Anschrift** 

Baierbacher Str. 150

83071 Stephanskirchen

Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Bezeichnung

CO2-Melder GX-D250

Profi Kohlendioxid Warngerät zur Überwachung der Raumluft

(Gesundheitsschutz)

Artikel-Nr.

300253

und dessen Software Versionen ab D0.09

mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien - einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen -

2014/35/EU

LVD Niederspannungsrichtlinie

2014/30/EU

EMV Richtlinie

2011/65/EU

**RoHS Richtlinie** 

übereinstimmt.

Für die Messzelle, Auswertung und Software wurde die folgende Norm Für die Beurteilung wurden folgende harmonisierte Normen und Standards zugrunde gelegt:

DIN EN 50291:2019-03 DIN EN 50194-1:2024-12 DIN EN 62368:1:2025-01

Hinweis: Die EN 62368-1:2025-01 wird in relevanten Aspekten berücksichtigt, jedoch sind die EN 50291 und 50194 die übergeordneten und vorrangigen Normen für dieses Produkt.

Ort und Datum der Ausstellung

Name und Unterschrift des Befugten

Stephanskirchen, 29.01.2025

Wolfgang A. Schabus Geschäftsführer